

マイクローム

【メーカー】ライカ

【型式】RM2125RT

【設置場所】農学部本館1階1P-108

【仕様】

作動温度範囲： +10°C ~ +40°C

切片厚設定範囲： 0.5 - 60 μm

切片厚設定： 0 - 2 μm 間、0.5 μm ステップ

2 - 10 μm 間、1 μm ステップ

10 - 20 μm 間、2 μm ステップ

20 - 60 μm 間、5 μm ステップ

試料送り： 25 mm

垂直移動： 59 mm

試料リトラクション： 220 μm

