

液体窒素（LGC方式）

【設置場所】：液体窒素製造室

【説明】

- ・純度：99.995%以上
- ・液体窒素を安全にご利用頂けます。

【注意点】

- ・漏出して気化した液体窒素は約 800 倍の体積となり、空気中の酸素濃度を低下させるので、窒息を防ぐため強制喚起装置は常時稼働しています。
- ・取り出しは 2 名以上でお願いいたします。
- ・液体窒素は、直接身体に触れると凍傷を起こします。液体窒素を取り扱う場合や低温になった部分を触るときは、耐冷手袋を着用して下さい。

【問い合わせ先】

総合分析実験センター 機器分析部門（新地・真瀬田）

メール honjyo-kiki-staff@ml.cc.saga-u.ac.jp

内線 8896 （平日 9：00～17：00）

